



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Nr Certyfikatu 14180  
ISO 9001, ISO 14001  
OHSAS 18001

Szczecin, dnia 10.10.2018 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 33/2018/Testy diagnostyczne

Pytania i odpowiedzi do zapytania nr 1

- 1) Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kontroli dodatniej tego samego producenta do każdego testu czy do każdego zaoferowanego opakowania?

**Odp. Zamawiający oczekuje zaoferowania kontroli dodatniej do każdego zaoferowanego opakowania.**

- 2) Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kontroli dodatniej tego samego producenta do wszystkich pozycji (1-7) czy tylko do pozycji 3?

**Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania kontroli dodatniej tylko do pozycji 3, w pozostałych przypadkach wymagana jest kontrola prawidłowości testu.**

KOMENDANT

Z upoważnienia  
Komendanta

ppłk mgr inż. Zbigniew KOSTRAKIEWICZ

I.B. 91/810 59 82