



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Nr Certyfikatu 14180  
ISO 9001, ISO 14001  
OHSAS 18001

Szczecin, dnia 10.10.2018 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 33/2018/Testy diagnostyczne

**Pytania i odpowiedzi do zapytania nr 3**

**Pytanie 1. Dotyczy poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości analitycznej 40 ng/ml?

Uzasadnienie: Test cut-off 40 ng/ml w badaniach wykazuje czułość diagnostyczną na poziomie 97,3% oraz swoistość diagnostyczną 98,4% co odpowiada 2 ug/g kału. Zwiększając czułość testu do wymaganej przez Zamawiającego tj. 10 ng/ml analogicznie otrzymujemy 0,5 µg/g kału, co skutkuje pojawieniem się ogromnej ilości wyników fałszywie dodatnich. Użycie zbyt czułego testu skutkuje dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością przeprowadzenia kolejnych badań będących następstwem dodatniego wyniku (często fałszywie dodatniego.), którym jest kolonoskopia - badanie kosztowne oraz inwazyjne dla pacjenta.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2. Dotyczy poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści test z kontrolą dodatnią tego samego producenta w formie liofilizatu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3. Dotyczy poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści kontrolę do testów narkotykowych od innego producenta niż oferowany test?

**Odp. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga kontroli dodatniej tylko do pozycji 3, w pozostałych przypadkach wymagana jest kontrola prawidłowości testu.**

Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

**Pytanie 4 dotyczy wzoru umowy :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w § 1 :

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od

wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet **minimalnej** ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”, izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Nr Certyfikatu 14180  
ISO 9001, ISO 14001  
OHSAS 18001

zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.**

**Pytanie 5. dotyczy § 3 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 3 ust. 4 poprzez zmianę odsetek ustawowych na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych ?

W związku z tym, że zapisy w tym paragrafie są niezgodne z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w świetle teźże ustawy odsetki powinny by w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.**

**Pytanie 6 dotyczy wzoru umowy:**

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

*„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie .... dostaw miesięcznie, co daje liczbę ..... dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”*

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.**

**Pytanie 7 dot. wzoru umowy § 5 ust. 1.1 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5 % NIEZREALIZOWANEJ umowy za odstąpienie od umowy ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.**

**KOMENDANT**

**Z upoważnienia  
Komendanta**

**ppłk mgr inż. Zbigniew KOSTRAKIEWICZ**

I.B. 91/810 59 82